



Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 22 lutego 2019 r.

Nr Sprawy: DOA/0908/01/EW/2019

Zamawiający:
Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie
ul. Gen. J. Bema 24
11-600 Węgorzewo

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku, nr postępowania :1/2019

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie informuje, że dnia 18 lutego 2019 r. wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku, nr postępowania : 1/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi:

1. Zadanie I poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł j.u. do iniekcji z mechanizmem zabezpieczenia przed zakłuciem w opakowaniu 100szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zadanie I poz. 9-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 2-częściowych w rozmiarze 2/3ml, 5/6ml, 10/12ml, 20/24 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zadanie I poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki w rozmiarze 50/60ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Zadanie II poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka przezroczystego. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.



Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

5. Zadanie nr V poz. 31,31

Prosimy zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza dzielenia Zadań na pakiety i podtrzymuje postanowienia SIWZ.

6. Zadanie V poz. 31


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika w rozmiarze 6,5x3cm. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Zadanie nr V

Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na wybrane pozycje tak jak w Zadaniu nr III.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza dzielenia Zadań na pakiety i podtrzymuje postanowienia SIWZ.


DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
mgr Agnieszka Szalko
Węgorzewie
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego