



**Szpital Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgorzewie**

Załącznik nr 1a

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(pieczętka Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Ssak elektryczny – 2 szt.

<i>Lp.</i>	<i>Opis parametru</i>	<i>Parametry wymagane</i>	<i>Parametry oferowane</i>
	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Podać /model typ/	
1.	Ssak elektryczny	Podać /model typ/	
2.	Producent	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Rok produkcji 2019	Tak	
5.	Gwarancja 36 miesięcy	Tak	
	<b>Dane techniczne:</b>		
6.	Pompa próżniowa bezolejowa	Tak	
7.	Waga max. 5 kg	Tak	
8.	Przepływ: min. 36 l/min	Tak	
9.	Podciśnienie: max. 80 kPa	Tak	
10.	Głośność: max. 45 dB	Tak	
11.	Zasilanie sieciowe: 230 V, 50/60 Hz Przewód zasilający o dł. 3 m	Tak	
12.	Zasilanie akumulatorowe (czas pracy baterii	Tak	

Szpital Psychiatryczny  
SP ZOZ w Węgorzewie  
11-600 Węgorzewo  
ul. G. J. Bema 24

T: 87 427 27 66  
F: 87 427 27 85  
E: [kancelaria@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl](mailto:kancelaria@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl)  
W: [www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl](http://www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl)

ZOLP Rudziszki 87 437 80 13  
WOTUW Giżycko 87 428 40 30  
PZP Giżycko 87 429 13 98  
PZP Pisz 501 026 211

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr. 200623/A/0001/UK/Po



**Szpital Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgorzewie**

	min. 60min.)		
13.	Praca ciągła 24h na dobę	Tak	
14.	Pojemnik z tworzywa nietłukącego 1l.	Tak	
15.	Komplet przewodów	Tak	
16.	Filtr bakteryjny	Tak	
17.	Certyfikat, atesty dopuszczające sprzęt do użytku w służbie zdrowia	Tak	
18.	Wtyczka do zapalniczki samochodowej	Tak	

.....  
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych)  
przedstawiciela(-li) Wykonawcy )