



**Szpital Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgorzewie**

Załącznik nr 1

.....  
miejscowość i data

.....  
pieczętka wykonawcy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**1. Łóżko + Materac**

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego towaru: Łóżko szpitalne psychiatryczne Producent: Typ:	TAK	
2.	Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem antybakteryjnym, proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor do wyboru spośród oferowanych przez producenta, ustalane przy zamówieniu	TAK	
3.	Wymiar całkowity zewnętrzny z barierkami: 950x2100mm	TAK PODAĆ	
4.	Wysokość leża od podłogi: min 510 – 550 mm (w tym kółka z trzpieniem: 160mm)(+/-1cm)	TAK PODAĆ	
5.	Wysokość wezglowia 120cm (w tym kółka z trzpieniem 160mm) (+/-1cm)	TAK	
6.	Leże łóżka 2 segmentowe Segmenty wypełnione siatką zgrzewaną o oczkach 5x5cm (+/-1cm) z drutu śr. 4 mm. Siatka spawana do ramy. Leże podparte 3 poprzeczkami z kształtownika min. 15x15mm. Leże wyposażone w ograniczniki pozycjonujące materac min. 2 po każdej stronie.	TAK	

Szpital Psychiatryczny  
SP ZOZ w Węgorzewie  
11-600 Węgorzewo  
ul. G. J. Bema 24

T: 87 427 27 66  
F: 87 427 27 85  
E: [kancelaria@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl](mailto:kancelaria@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl)  
W: [www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl](http://www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl)

ZOLP Rudziszki 87 437 80 13  
WOTUW Giżycko 87 428 40 30  
PZP Giżycko 87 429 13 98  
PZP Pisz 501 026 211

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr. 200623/A/0001/UK/Po



**Szpital Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgorzewie**

7.	Wymiar leża: 900x2000mm	TAK PODAĆ	
8.	Rama leża wyposażona w 4 uchwyty po każdej stronie ramy do mocowania pasów z prętów o śr. 10mm	TAK	
9.	Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0° - 75° (+/-5°), mechanizm zapadkowy 6-stopniowy. Segment pleców wyposażony w uchwyt do regulacji kąta po każdej stronie segmentu	TAK PODAĆ	
10.	Szczyty łóżka przykręcane do ramy łóżka zabezpieczone przed odkręceniem przez osoby niepowołane, zaokrąglone, zmniejszające ryzyko urazu.	TAK	
11.	Barierki boczne o wymiarach: 153cmx35cm +/- 5cm stanowiące integralną część łóżka, mocowane wzmocnionymi zawiasami, nieodejmowane. Opuszczane wzdłuż łóżka do dołu, blokowane przez system zasuwkowy znajdujący się w środkowej części barierki	TAK	
12.	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min. 125mm każde z blokadą, opony lite, niebrudzące. Koła mocowane systemem zaciskowym (za pomocą ekspanderów). Kółka odkręcane, możliwość założenia plastikowych zaślepek (w założeniu).	TAK	
13.	Nogi łóżka wykonane z profilu okrągłego o średnicy fi 32 ze ścianką 2mm	TAK	
14.	Udźwig: 300kg	TAK	
15.	Waga łóżka z barierkami: 60 kg +/- 5kg	TAK PODAĆ	
16.	Materac dopasowany do ramy leża, z pianki poliuretanowej, w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy, z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję, Możliwość wyboru	TAK	



**Szpital Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgorzewie**

	koloru spośród 3 oferowanych		
17.	Deklaracja zgodności lub certyfikat posiadania znaku CE, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat niepalności	TAK	

**2. Szafka przyłóżkowa**

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>			
1.	Nazwa oferowanego towaru: Szafka przyłóżkowa Producent: Typ:	TAK	
2.	Szafka przyłóżkowa metalowa malowana proszkowo blat wykonany z melaminy o grubości 25 mm, szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz szafkę z uchwytem Możliwość dezynfekcji środkami bakteriobójczymi Kolor do wyboru spośród oferowanych przez producenta, ustalane przy zamówieniu	TAK	

.....  
Data i podpis Wykonawcy

