



Załącznik nr 1b

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### BEZKONTAKTOWY TERMOMETR DO MIERZENIA TEMPERATURY CIAŁA CZŁOWIEKA

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane
	<b>Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem</b>	Podać /model typ/	
1.	Termometr bezdotykowy	Podać /model typ/	
2.	Producent	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Rok produkcji 2019	Tak	
5.	Gwarancja 36 miesięcy	Tak	
	<b>Dane techniczne:</b>		
6.	Świadectwo Wzorcowania wystawione przez polskie laboratorium	Tak	
7.	Wyposażony w ekran LCD podświetlany	Tak	
8.	Natychmiast można rozpocząć ponownie mierzenie temperatury innej osoby i ponownie bez konieczności dezynfekcji lub zmiany końcówki	Tak	
9.	Dokładne bezkontaktowe pomiary temperatury ciała : 30 do 42,5° C	Tak	



**Szpital Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgorzewie**

10.	Dokładne bezkontaktowe pomiary temperatury powierzchni: 0 do 60° C	Tak	
11.	Wybór ° C lub ° F	Tak	
12.	Automatyczne trzymanie wartości pomiaru na wyświetlaczu i automatyczne wyłączenie po 7sek	Tak	
13.	Akcesoria: baterie, Torba	Tak	
14.	Zakres temperatury ciała: 30° C ~ 42,5° C	Tak	
15.	Zakres temperatury: 0° C do 60° C	Tak	
16.	Rozdzielczość 0,1° C / 0.1° F	Tak	
17.	Zakres odległości pomiaru temp. ciała.: 5-15cm	Tak	
18.	Temp. Pracy: 0° C do 50° C (32° F do 122° F)	Tak	

Termometr powinien posiadać atest zgodności z europejskimi dyrektywami :

- EN60601-1-2:2007 – dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej  
oraz spełniać europejskie standardy w odniesieniu do jakości i wydajności produktu  
EN12470-5 i ASTM E1965-1998

EN 980

EN 1041

EN 60601-1 medyczne urządzenia elektryczne cz.1: ogólne wymagania bezpieczeństwa (IEC:60601:1998)

EN 60601-1-2 medyczne urządzenia elektryczne cz.1-2: ogólne wymagania bezpieczeństwa, zabezpieczeń standardowych wymagań kompatybilności elektromagnetycznej ( IEC 60601-1-2:2001)

.....  
(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych)  
przedstawiciela(-li) Wykonawcy )

Szpital Psychiatryczny  
SP ZOZ w Węgorzewie  
11-600 Węgorzewo  
ul. G. J. Bema 24

T: 87 427 27 66  
F: 87 427 27 85  
E: [kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl](mailto:kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl)  
W: [www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl](http://www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl)

ZOLP Rudziszki 87 437 80 13  
WOTUW Giżycko 87 428 40 30  
PZP Giżycko 87 429 13 98  
PZP Pisz 501 026 211

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr. 200623/A/0001/UK/Po