

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ

Lp.	Wymagane warunki	Parametr wymagany
1	2	3
1	Wydajność ozonu/przepływ ozonu/moc	40g/h i więcej
2	Kubatura pomieszczeń	800m ³ lub więcej
3	technologia O ₃	wytładowania koronowe
4	gaz zasilający	otaczające powietrze
5	pobór prądu	≤580W,
6	napięcie zasilające	230V AC, 50Hz
7	wyłącznik czasowy/czas pracy	Możliwość ustawienia czasu
8	obudowa	stal nierdzewna, stal malowana proszkowo, aluminium
9	budowa	wodoodporne elektrody ozonowe z siatki srebrzankowej z radiatorem, elektrody odporne na uderzenia i transport
10	akcesoria	Niezbędne akcesoria do pracy urządzenia, instrukcja PL, kabel zasilający
11	Zakres temperatury pracy/zakres wilgotności pracy	Od -5* C do +40* C / do 70% przy 30*C (bez kondensacji pary wodnej)
12	Oznaczenie CE	CE – wyprodukowane i przebadane w Polsce
13	urządzenie zaprojektowane, wyprodukowane, przebadane i wprowadzone na rynek zgodnie z dyrektywami	Dyrektywa / Directive LVD 2006/95/WE Dyrektywa / Directive EMC 2004/108/WE.
14	Rok produkcji	Rok produkcji nie starsze niż 2020r.
15	serwis	TAK
16	Koszt eksploatacji	minimalny
17	gwarancja	min. 24 m-ce
18	Ilość sztuk	6

1. Oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

3. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia nie może wywierać wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

4. Przeszkolenie pracowników z obsługi generatora ozonu.