

znak sprawy: DOA/250/14/NB/2020

Węgorzewo, dnia 14.01.2012 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia/załączników do SIWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie”.

1. Zakres zmian w SIWZ:

1. Zmodyfikowano zapisy w Rozdz. XI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 4, które otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć na adres: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo (Sekretariat, budynek B) od 7:25 do 15:00 w dni robocze) – do dnia 22 stycznia 2021r. do godziny 13:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt X.10 SIWZ

4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24 w Węgorzewie – budynek B/Gabinet Dyrektora, w dniu 22 stycznia 2021r o godzinie 13.30.

2. Zakres zmian w Załączniku nr 1

a) Zmodyfikowano załącznik nr 1 do Części, 3 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

1 - Wózek transportowo – kąpielowy – 4 szt.

- Pkt. 2 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: „udźwig – min. 175kg”,
- Pkt. 2 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: ” wymiary zewnętrzne: dopuszczalny przedział szerokość 730mm x długość 2020mm (+/- 10%)”,
- Pkt. 2 ppkt 3) otrzymuje brzmienie: „wymiar wanny: 560 mmx1860 mm (+/- 10%)”,
- Pkt. 2 ppkt 4) otrzymuje brzmienie: „wysokość 810x1200 mm (+/- 10%)”,

2- Podnośnik transportowo – kąpielowy – 4 szt.

- Pkt 2 – otrzymuje brzmienie: Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów o wadze min. 175 kg, automatyczny, sterowany na pilota.
- Pkt. 2 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: „ładowność – min. 175kg”,

b) Zmodyfikowano załącznik nr 1 do Części 6 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

1 - Ssak elektryczny – 2 szt.

- Pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Przenośny, zasilany akumulatorem, chirurgiczny o dużej wydajności ssania.
Wymagane parametry:
wydajność min. 38 l/min
max podciśnienie: 95 kPa”

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)