

Znak sprawy: DOA.272.1.3.2021
Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115208/01

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, działając na podstawie przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia/załączników do SWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie.**

I. Zakres zmian w SWZ:

1. Zmodyfikowano zapisy w Rozdz. V. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2A ppkt 2.4, który otrzymuje brzmienie:

2.4. Naprawy aparatury, urządzeń, wyposażenia lub mebli nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od reakcji, tj. przystąpienia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może być wydłużony do 14 dni roboczych. Wykonawca składa wniosek z dokumentem potwierdzającym konieczność sprowadzenia części z poza terenu Polski.

2. Zmodyfikowano zapisy w Rozdz. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert określonego zapisami SWZ i kończy w dniu 09.09.2021 r.

3. Zmodyfikowano zapisy w Rozdz. XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 2 i pkt 8 lit. a, które otrzymują brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2021 r, do godz. 12:00.

8. Otwarcie ofert:

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2021 r, o godzinie 13:00

II. Zakres zmian w Załączniku nr 1 – Formularz oferty:

1. Zmodyfikowano zapisy w Formularzu oferty dla Części 3:

a) poz. 3 wózek transportowo – kąpielowy: usunięto zapis „unoszenie na wysokość od 460mm do 1055mm”.

2. Zmodyfikowano zapisy w Formularzu oferty dla Części 5:

a) Waga lekarska, poz. 10 zmodyfikowano opis wprowadzając zapis: 10) zakres pomiaru wzrostu min 30 - 220 cm , podziałka 1 mm.”

b) Waga krzeselkowa, poz. 6 zmodyfikowano opis wprowadzając zapis: 6) dokładność pomiaru 100 g lub 50 g < 50 kg > 100 g < 150 kg > 200 g,”

3. Zmodyfikowano zapisy w Formularzu oferty dla Części 6:

a) Aparat EKG, poz. 4 zmodyfikowano opis wprowadzając zapis:
„Pamięć: wewnętrzna, zapis w pamięci - min. 100 badań.”

4. Zmodyfikowano zapisy w Formularzu oferty dla Części 9:

a) Macerator, poz. 2 i 3 zmodyfikowano opis wprowadzając zapisy:
„2) noże tnące: min. 9 noży tnących, 6 u góry, 3 na dole lub min. 4 moduły tnąco-rozrywające = 6 noży,”
„3) obsługa: automatyczne otwieranie i zamykanie komory -dezynfekcja komory: automatyczna po każdym cyklu lub autostart – otwieranie i zamykanie komory przyciskiem nożnym,”
„8) pobór wody: min. 17-23 litrów na cykl”.

III. Zakres zmian w Załączniku nr 3 – Projektowane postanowienia umowy:

Zmodyfikowano treść § 4 ust 1 pkt 1.1., który otrzymuje brzmienie:

„Naprawa przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od reakcji, tj. przystąpienia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może być wydłużony do 14 dni roboczych. Wykonawca składa wniosek z dokumentem potwierdzającym konieczność sprowadzenia części z poza terenu Polski.”

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)